



בס"ד

ל' סיון תשפ"ה

26 יוני 2025

0217/25

ת. 32/13

לכבוד

חב' סנובה ישראל בע"מ

רח' נתיב האור 1

חיפה 3508510

שלום וברכה,

הנדון: אישור הלכתי למעבדים למושתלים AB דגמים:

Naida CI Q30, Naida CI Q90, Naida CI M90, Sky CI M90

הרינו לאשר בזאת, כי בדקנו את המכשירים מהדגמים הנ"ל, ומצאנו כי כאשר מפעילים אותם על מצב 'קבוע' לפי ההוראות המצורפות *, מבוטלות ההשפעות הדינאמיות מחמת המעבר בין אזורים שונים ועוד, והנזקקים לשימוש במכשירים אלו יכולים להשתמש בהם בשבתות ובחגים.

האישור הנ"ל תקף לכל תתי הדגמים של הסדרות הנזכרות לעיל, ולצבעים השונים שלהם.

- ככל שמדובר במכשיר הפועל באמצעות סוללות חד-פעמיות, יש להקפיד להחליף את הסוללה טרם כניסת השבת. במידה והמכשיר נטען, יש להחליף בערב-שבת לבית סוללה חד פעמית ולהזינה בסוללה חדשה.
- במכשירים הכוללים פונקציית 'בלוטוס' יש לנתק פונקציה זו לפני שבת וחג או לוודא כי אין בסביבה מכשיר המכוון לקליטתו.
- על המכשיר לפעול במשך כל השבת או החג, ואין להפעילו או לנתקו, לשנות עוצמה או תוכניות בשבת ובחג עצמם.



בכבוד רב,

הרב אברהם משה הלפרין
ראש המכון

* העברת המכשיר למצב שבת מתבצעת על ידי לחיצה ארוכה על אחד הלחצנים שעל המעבד.

תוקף האישור הוא עד תמוז תשפ"ו (יולי 2026)